

**SANYRENE  
(Corpitolinol 60)****SOIN ET PREVENTION DES ROUGEURS CUTANÉES D'APPUI****□ DESCRIPTION :**

- 99 % de glycérides hyperoxygénés d'acides gras essentiels (acide linoléïque (60 %) ou Corpitolinol 60, tocophérols (vitamine E)).
- 1 % de parfum anis.

**□ PROPRIETES :**

- Restauration du film lipidique.
- Amélioration de la cohésion cellulaire épidermique.
- Augmentation du renouvellement cellulaire.
- Maintien du niveau d'oxygénation tissulaire à l'appui (mesurée par TcPO<sub>2</sub> chez l'homme).

**□ INDICATIONS :**

- Zones d'appui à risque d'escarre.
- Rougeur d'appui résolutive.

**□ MODE D'EMPLOI :****• SANYRENE flacon**

- Appliquer SANYRENE sur la zone d'appui, à raison de 1 à 2 pulvérisations selon l'étendue de la localisation (talon, région sacro-ischiatique).
- Faire pénétrer par effleurement du bout des doigts pendant une minute.
- Renouveler l'opération 3 à 4 fois par 24 h, à chaque changement positionnel.

**• SANYRENE capsule mono-soin**

- Chaque capsule contient la quantité suffisante pour un soin des deux talons et de la région sacrée.
- Détacher l'extrémité supérieure de la capsule par des mouvements de rotation.
- Presser doucement le corps de la capsule pour libérer le nombre de gouttes désiré.

□ **PRESENTATION :**

<b>CODES</b>	<b>PRESENTATIONS</b>	<b>QUANTITE MINIMUM LIVRABLE</b>	<b>GROUPAGES</b>
--------------	----------------------	--------------------------------------	------------------

*FLACON POMPE DOSEUSE CONDITIONNE INDIVIDUELLEMENT EN BOITE*

2574	Flacon 20 ml	10 flacons	160 flacons
2612	Flacon 10 ml	12 flacons	216 flacons
4539	Flacon 50 ml	10 flacons	60 flacons

*BOITE DE 2 BLISTERS DE 15 CAPSULES*

2562	Capsule mono-soin	24 boîtes	24 boîtes
------	-------------------	-----------	-----------

□ **SPECIFICATIONS :**

<b>NATURE DES CONTROLES</b>	<b>SPECIFICATIONS</b>
Description	Huile légèrement visqueuse de couleur ambrée présentant une odeur caractéristique d'anis
Indice Peroxyde : Indice d'Acide :	50 à 150 mEq/Kg ≤ 1.0
Péremption : Flacon Capsule	3 ans 2 ans

<b><u>Contrôles microbiologiques réalisés sur les capsules</u></b>	
- Bactéries aérobies	≤ 100 ufc / g
- Levures et moisissures	≤ 10 ufc / g
- <i>Staphylococcus aureus</i>	Absence / g
- <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Absence / g

□ **STATUT REGLEMENTAIRE :**

Dispositif médical marqué CE.

*SANYRENE a été conçu et est fabriqué par les :  
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE*